

## Техническая спецификация

1)

<b>Наименование :</b>	Индикатор часовой ИЧ-10
<b>Количество</b>	5 штук
<b>Характеристика товара</b>	Индикаторы часового типа ИЧ с ценой деления 0,01 мм предназначены для измерений линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Физическая величина - длина.
<b>Технические характеристики</b>	Тип: Индикатор Часовой Цена деления, мм: 0,01 Пределы измерения, мм: 0-10 Основная погрешность показании в пределах, мм: 0,1мм на любом участке шкалы: 0,006 1мм на любом участке шкалы: 0,01 всего предела измерений: 0,02 Размах показаний, мм: 0,003 Наибольшее измерительное усилие, гс: 200 Колебание измерительного усилия при прямом и обратном ходе, гс, не более: 80
<b>Обязательные условия</b>	Наличие сертификата о первичной поверки Подтверждение о внесении средства измерения в государственный реестр СИ РК.

2)

<b>Наименование :</b>	Манометр МП4-У 0-160
<b>Количество</b>	2 штук
<b>Характеристика товара</b>	Манометр технический показывающий с радиальным штуцером предназначен для непрерывного измерения избыточного давления
<b>Технические характеристики</b>	Диапазон измерения 0-160 кгс/см <sup>2</sup> ; Диаметр корпуса (мм)160 Класс точности 1.5; Расположение штуцера Радиальное; Резьба штуцера G1/4; КорпусСталь; Внесен в государственный реестр СИ РК.
<b>Обязательные условия</b>	Наличие сертификата о первичной поверки Подтверждение о внесении средства измерения в государственный реестр СИ РК.


3)

<b>Наименование :</b>	Манометр МП4-У 0-250
<b>Количество</b>	2 штук
<b>Характеристика товара</b>	Манометр технический показывающий с радиальным штуцером предназначен для непрерывного измерения избыточного давления
<b>Технические характеристики</b>	Диапазон измерения 0-250 кгс/см <sup>2</sup> ; Диаметр корпуса (мм)160 Класс точности 1.5; Расположение штуцера Радиальное; Резьба штуцера G1/4; КорпусСталь; Внесен в государственный реестр СИ РК.
<b>Обязательные условия</b>	Наличие сертификата о первичной поверки Подтверждение о внесении средства измерения в государственный реестр СИ РК.

4)

<b>Наименование :</b>	Секундомер СОПрр-2а-3-000
<b>Количество</b>	5 штук
<b>Характеристика товара</b>	механический однострелочный секундомер, третьего класса точности, с механизмом простого действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма.
<b>Технические характеристики</b>	Класс точности: 3 Допустимая погрешность за 30 мин, с:±1,6 Диапазон рабочих температур, °С:-20...+40 Габаритные размеры (не более), мм:d50x18x70 Масса, кг:0,09 Корпус: Металлический, хромированный
<b>Обязательные условия</b>	Наличие сертификата о первичной поверки Подтверждение о внесении средства измерения в государственный реестр СИ РК.

Начальник УКИПиА



Ежембаев М.М.